

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Χαϊδάρη 14/5/2025

Προς
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΛΙΝΩΝ.

Οι προδιαγραφές των ~~120 τεμ.~~ στρωμάτων νοσηλευτικών κλινών είναι:

- Οι διαστάσεις των στρωμάτων θα είναι: 1.90×0,90 εκ. και πάχος 10 εκ.
- Με ένα σπάσιμο, για κρεβάτι (μονόσπαστο) που σηκώνεται μόνο η πλάτη.
- Όλα τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένα τα στρώματα θα πρέπει να είναι οικολογικά, υποαλλεργικά και γενικώς κατάλληλα για νοσηλευτική χρήση.
- Τα στρώματα πρέπει να περικλείονται σε ειδική αδιάβροχη, βραδύκαυστη θήκη, με φερμουάρ, υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακή, πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών
- Τα υλικά των στρωμάτων θα είναι από βραδύκαυστη ύλη με αφρώδες ελαστικό πάχους 10 εκατοστών του μέτρου.
- Το προσφερόμενο είδος θα έχει πιστοποίηση C.E

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Ν.Π.Δ.Δ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Χαϊδάρη 14/5/2025

Προς
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού

Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΤΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ.

Οι προδιαγραφές των ~~50 τεμ.~~ στρωμάτων για τις εξωτερικές δομές είναι:

- Οι διαστάσεις των στρωμάτων θα είναι: 1.90×0,90 εκ. και πάχος 18 εκ.
- Όλα τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένα τα στρώματα θα πρέπει να είναι οικολογικά και υποαλλεργικά.
- Τα στρώματα θα πρέπει να περικλείονται σε ειδική αδιάβροχη, βραδύκαυστη θήκη με φερμουάρ, υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακή, πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών.
- Τα υλικά των στρωμάτων θα είναι από βραδύκαυστη ύλη με αφρώδες υλικό.
- Το προσφερόμενο είδος Να έχει πιστοποίηση C.E

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Ν.Π.Α.Δ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
«ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Χαϊδάρη 14/5/2025

Προς
Τμήμα Διαχείρισης Υλικού

Θέμα: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.

Οι προδιαγραφές των νοσοκομειακών μαξιλαριών είναι:

- Οι διαστάσεις των μαξιλαριών θα είναι: 0,60cm X 0,40cm.
- Όλα τα υλικά από τα οποία θα είναι κατασκευασμένα τα μαξιλάρια θα πρέπει να είναι οικολογικά, υποαλλεργικά, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και να περικλείονται από αδιάβροχη και βραδύκαυστη θήκη, με φερμουάρ, υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακή, πάχους τουλάχιστον 3 χιλιοστών.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

N. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»
Ν. Π. Α. Δ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
Δ/ΝΤΡΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ