

Προς:
Θέμα:

gramnos@dromokaiteio.gr
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Η μία άκρη να είναι κατασκευασμένη από ειδικό ύφασμα (καραβόπανο) μεγάλης αντοχής με επένδυση μαλακού υφάσματος για να μην τραυματίζει ή ερεθίζει τους ασθενείς, διαστάσεων 36 mm * 7 mm περίπου και να φέρει μεταλλική αγκράφα. Η άλλη άκρη να είναι από караβόπανο και να διαθέτει οπές μέσω των οποίων να ακινητοποιεί τα πόδια ή χέρια του ασθενούς και στη συνέχεια να δένεται στο κρεβάτι με μαγνητικές κλειδαριές διασ. 104 mm * 4,5 mm περίπου. Οι συνολικές διαστάσεις μήκος ζώνης να είναι από 130-140 εκ. περίπου Να διατίθεται σε συσκευασία : 1 ιμάντας με 2 μαγνητικές κλειδαριές και 1 κλειδί