

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ " ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ "
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΙ : ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 658/612

ΠΡΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΧΑΪΔΑΡΙ 21 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να κατασκευασμένες από υλικό που να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αναπνευστική προστασία και άνεση στο φορέα .
2. Να είναι μιας χρήσης .
3. Να είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Νόρμα 149/2001 με φίλτρο σωματιδίων P3 .
4. Να αναγράφεται η σήμανση C3 , ο αριθμός πιστοποίησης , ο κωδικός του προϊόντος , η κατασκευάστρια εταιρεία , η σήμανση EN 149 και το επίπεδο προστασίας που παρέχει (FFP3) .
5. Να μην περιέχουν λάτεξ και ίνες γυαλιού .
6. Να έχουν αποδοτικότητα διήθησης των σωματιδίων με διαστάσεις μεγαλύτερες του 0,1 μ. κατά 95% τουλάχιστον .
7. Να φέρουν καλυμμένο έλασμα αλουμινίου στο άνω μέρος της μάσκας και να φέρουν ειδική βαλβίδα εκπνοής σε κάθε τεμάχιο της συνολικής συσκευασίας .
8. Να έχουν υποαλλεργικές ιδιότητες .
9. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης (να έχουν μεγάλο χρονικό εύρος έως την ημερομηνία λήξης)

Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΕΠΙΤΗΡΗΤΡΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ