


Χαϊδάρι 25-06-2020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

1. Ο ρυθμιστής ροής (ροόμετρο) θα προσαρμόζεται σε φιάλες ιατρικού οξυγόνου σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
2. Θα διαθέτει ενσωματωμένο ροόμετρο, με δυνατότητα ρύθμισης ροής ιατρικού οξυγόνου που θα ξεκινά από 0,5 lit/min και θα συνεχίζει ομαλά αυξανόμενη έως και 15 lit/min και θα διαθέτει περιστροφικό διακόπτη ON/OFF.
3. Θα διαθέτει ευδιάκριτο μανόμετρο ένδειξης πληρότητας της φιάλης με κλίμακα από 0 έως 300 bar και η μέτρηση της ροής θα πραγματοποιείται από ροομετρική στήλη με μπίλια.
4. Θα φέρει τοποθετημένο υγραντήρα.
5. Θα είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο επιχρωμιωμένο υλικό και θα διαθέτει κοχλιωτή έξοδο με σπείρωμα και ακροφύσιο.
6. Θα διαθέτει ρυθμιστή πίεσης (πίεση εισόδου 210bar και πίεση εξόδου 3 bar).
7. Θα προσφερθεί πλήρες έτοιμο προς χρήση. **Το ροόμετρο θα συνοδεύετε με ένα ανταλλακτικό υγραντήρα.**
8. Θα δοθεί, προς αξιολόγηση, πίνακας ανταλλακτικών του συστήματος.
9. Θα διαθέτει και θα φέρει πιστοποίηση CE mark.
10. Η κατασκευάστρια εταιρία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485:2012.
11. Η προμηθεύτρια εταιρία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008.



Λεοντίνη Ιωάννα
Μηχ. Ιατρ. Οργάνων